


# Quick Start Guide

## Spark M-20

### Preparation


Fill 2 mL of your sample into an original Alivion sample vial




- Ensure vial, sample liquid, Methanol Standards and detector are at ambient temperature.
- Holding sample vial for a long time in your hands or liquid on the rim of the sample vial may create errors.
- Prepare fresh samples before each measurement.
- Do not re-use pipettes and vials to avoid measurement errors!

### Measurement


Follow the device instructions



Sampling



Analysis



Result

### Calibration

Measurements with Alivion Methanol Standards 1 and 2



**1-point calibration:**  
Less accurate, but faster



**2-point calibration:**  
Highest accuracy

### Warnings

Note these warning flags to achieve highest accuracy



Calibration out of date.  
Re-calibrate.



Temperature not stable.  
Wait for equilibration.




Air contaminated.  
Ventilate or switch room.

# Kurzanleitung

## Spark M-20

### Vorbereiten

Fülle 2 mL Probenflüssigkeit in ein original Alivion Probenglas



- Probenglas, Probenflüssigkeit, Methanol Standards und Detektor müssen alle Raumtemperatur haben.
- Langes Halten des Probenglas oder Flüssigkeit auf dem Rand können zu Messfehlern führen.
- Proben immer frisch vor der Messung vorbereiten.
- Verwende Probenglas und Pipetten nicht mehrmals, um Verunreinigungen und Messfehler zu vermeiden!

### Messung


Folge den Anweisungen des Detektors



Probenentnahme



Analyse



Resultat

### Kalibrierung

Messung mit den originalen  
Alivion Methanol Standards 1 und 2



**1-Punkt Kalibrierung:**  
Ungenauer, jedoch schneller



**2-Punkt Kalibrierung:**  
Volle Genauigkeit

### Warnungen

Beachte diese Warnungen um  
höchste Genauigkeit zu erzielen



Kalibrierung nicht aktuell.  
Kalibriere neu.



Temperatur nicht stabil.  
Warte bis konstant.



Raumluft verschmutzt.  
Lüfte oder wechsle den Raum.

# Guide de Démarrage Rapide

## Spark M-20

### Préparation

Remplissez 2 mL de votre échantillon dans un flacon Alivion



- Assurez vous que l'échantillon, le flacon, les étalons de méthanol et le détecteur de l'appareil soient à température ambiante.
- Maintenir le flacon trop longtemps ou déposer du liquide sur les bords faussera les résultats.
- Préparer des nouveaux échantillons avant chaque mesure.
- Ne pas réutiliser les pipettes et les flacons!

### Mesures


Suivez attentivement les instructions de l'appareil



Echantillonner



Analyser



Résultats

### Étalonnage

Mesures avec les étalons de méthanol d'Alivion



**Étalonnage 1-point:**  
Rapide mais pas précis



**Étalonnage 2-points:**  
Lent mais précision max

### Avertissements

Prenez garde aux warnings pour une meilleure précision



Étalonnage périmé.  
Recalibré.



Température instable.  
Attendre l'équilibre.



Air contaminé.  
Ventilez ou changez de salle.

# Guía de Inicio Rápido

## Spark M-20

### Preparación

Llene 2 mL de su muestra en un vial de vidrio Alivion



- Asegúrese de que el vial, el líquido de la muestra, los metanoles estándares y el detector estén a temperatura ambiente.
- Tocar el vial durante mucho tiempo o el líquido en el borde falsea el resultado.
- Prepare muestras frescas antes de cada medición.
- No reutilice las pipetas ni los viales!

### Medición

Siga las instrucciones del dispositivo durante el muestreo y el análisis



Muestreo



Análisis



Resultados

### Calibración

Mediciones con los metanoles estándar Alivion



**Calibración de 1 punto:**  
Rápido pero no tan preciso



**Calibración de 2 puntos:**  
Más lento pero con la máxima precisión

### Advertencias

Tenga en cuenta señales de advertencia para garantizar la máxima precisión



Calibración caducada.  
Recalibrar.



La temperatura no es estable.  
Espere a que se equilibre.



Aire contaminado.  
Ventilar o cambiar de sala.

# Guida Rapida

## Spark M-20

### Preparazione

Inserisci 2 mL del tuo campione in una fiala da campionamento di Alivion




- Assicurati che la fiala, il campione liquido, gli standard di calibrazione e il dispositivo siano a temperatura ambiente.
- Tenere in mano la fiala a lungo oppure bagnarne il bordo con del liquido compromette il risultato.
- Prepara i campioni appena prima di ogni misurazione.
- Non riusare pipette e fiale!

### Misurazione

Segui le istruzioni del dispositivo per il campionamento e l'analisi



Campionamento



Analisi



Risultato

### Calibrazione

Misurazioni con gli standard di calibrazione di Alivion



**Calibrazione a 1 punto:**  
Veloce ma non così precisa



**Calibrazione a 2 punti:**  
Più tempo ma massima precisione

### Avvisi

Considera queste icone di avviso per assicurare la massima precisione



Calibrazione vecchia.  
Ricalibra.



Temperatura non stabile.  
Attendere che si equilibri.



Aria contaminata.  
Ventilare o cambiare stanza.

# Methanol

Ethanol concentration [vol%]

	10	50	100	200	300	400	500	600	700	800	850
5	0.00	0.00	0.01	0.01	0.02	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05
10	0.00	0.01	0.01	0.03	0.04	0.05	0.06	0.08	0.09	0.10	0.11
15	0.00	0.01	0.02	0.04	0.06	0.08	0.09	0.11	0.13	0.15	0.16
20	0.00	0.01	0.03	0.05	0.08	0.10	0.13	0.15	0.18	0.20	0.21
30	0.00	0.02	0.04	0.08	0.11	0.15	0.19	0.23	0.27	0.30	0.32
35	0.00	0.02	0.04	0.09	0.13	0.18	0.22	0.27	0.31	0.35	0.38
40	0.01	0.03	0.05	0.10	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.43
45	0.01	0.03	0.06	0.11	0.17	0.23	0.28	0.34	0.40	0.45	0.48
50	0.01	0.03	0.06	0.13	0.19	0.25	0.32	0.38	0.44	0.51	0.54
55	0.01	0.03	0.07	0.14	0.21	0.28	0.35	0.42	0.49	0.56	0.59
60	0.01	0.04	0.08	0.15	0.23	0.30	0.38	0.45	0.53	0.61	0.64
65	0.01	0.04	0.08	0.16	0.25	0.33	0.41	0.49	0.57	0.66	0.70
70	0.01	0.04	0.09	0.18	0.27	0.35	0.44	0.53	0.62	0.71	0.75
75	0.01	0.05	0.09	0.19	0.28	0.38	0.47	0.57	0.66	0.76	0.80
80	0.01	0.05	0.10	0.20	0.30	0.40	0.51	0.61	0.71	0.81	0.86
85	0.01	0.05	0.11	0.21	0.32	0.43	0.54	0.64	0.75	0.86	0.91
90	0.01	0.06	0.11	0.23	0.34	0.45	0.57	0.68	0.80	0.91	0.97

$$Methanol \text{ per Ethanol } \left[ \frac{g}{hL} \right] = 79200 \cdot \frac{Methanol \text{ [vol\%]}}{Ethanol \text{ [vol\%]}}$$

# concentration [g/hL]

900	1000	1100	1200	1300	1350	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
0.06	0.06	0.07	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.10	0.11	0.11	0.12	0.13
0.11	0.13	0.14	0.15	0.16	0.17	0.18	0.19	0.20	0.21	0.23	0.24	0.25
0.17	0.19	0.21	0.23	0.25	0.26	0.27	0.28	0.30	0.32	0.34	0.36	0.38
0.23	0.25	0.28	0.30	0.33	0.34	0.35	0.38	0.40	0.43	0.45	0.48	0.51
0.34	0.38	0.42	0.45	0.49	0.51	0.53	0.57	0.61	0.64	0.68	0.72	0.76
0.40	0.44	0.49	0.53	0.57	0.60	0.62	0.66	0.71	0.75	0.80	0.84	0.88
0.45	0.51	0.56	0.61	0.66	0.68	0.71	0.76	0.81	0.86	0.91	0.96	1.01
0.51	0.57	0.63	0.68	0.74	0.77	0.80	0.85	0.91	0.97	1.02	1.08	1.14
0.57	0.63	0.69	0.76	0.82	0.85	0.88	0.95	1.01	1.07	1.14	1.20	1.26
0.63	0.69	0.76	0.83	0.90	0.94	0.97	1.04	1.11	1.18	1.25	1.32	1.39
0.68	0.76	0.83	0.91	0.98	1.02	1.06	1.14	1.21	1.29	1.36	1.44	1.52
0.74	0.82	0.90	0.98	1.07	1.11	1.15	1.23	1.31	1.40	1.48	1.56	1.64
0.80	0.88	0.97	1.06	1.15	1.19	1.24	1.33	1.41	1.50	1.59	1.68	1.77
0.85	0.95	1.04	1.14	1.23	1.28	1.33	1.42	1.52	1.61	1.70	1.80	1.89
0.91	1.01	1.11	1.21	1.31	1.36	1.41	1.52	1.62	1.72	1.82	1.92	2.02
0.97	1.07	1.18	1.29	1.40	1.45	1.50	1.61	1.72	1.82	1.93	2.04	2.15
1.02	1.14	1.25	1.36	1.48	1.53	1.59	1.70	1.82	1.93	2.05	2.16	2.27

Check the methanol limit in your country!



**Phone:** +41 41 511 46 71

**E-Mail:** info@alivion.ch

**Website:** www.alivion.ch